Centro de Salud:		EQUITRON
Analizador:	cobas u 701	
Número de Serie:		
Frecs. De Mtto.	Diario, Mensual	

Mantenimiento Diario:	Mantenimiento Mensual
✓ Limpieza de Sistema de Fluidos (Colocación de Desproteinizante en Rack de Lavado)	✓ Comprobación del mecanismo de enfoque del microscopio

Comprobación de Analizador (Con cuveta de referencia **verde**)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic